

**ALLEGATO A**

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN FISICA MEDICA**

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE  
DELLA SCUOLA

**Dipartimento di diagnostica per Immagini e Radioterapia  
Stereotassica**

CODICE NSIS<sup>1</sup> U.O.

DIRETTORE U.O.

STRUTTURA SANITARIA  
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECG;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dott. SERGIO PAPA

\_\_\_\_\_ CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO S.P.A.

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	<del>SI</del>	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ...RADIODIAGNOSTICA. - SCUOLA DI SPEC. IN MEDICINA NUCLEARE.	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... - SCUOLA DI SPEC. IN .....	

Radiodiagnostica                      Sì

Radioterapia                              Sì

Medicina Nucleare                      Sì

<sup>1</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

*ATS*

**Prestazioni/Attività assistenziali svolte presso l'U.O./Servizio:**

<b>Prestazioni/Attività Assistenziali</b>	<b>Volume annuo</b>
piani di trattamento per terapie con fasci esterni	
piani di trattamento per brachiterapia	
piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi	
piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento	1200
sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico	24
controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati	200
controlli di qualità sulle apparecchiature	100
valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale	30
interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento	20 (biennale)
controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi	9 RM
applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati	E' presente un sistema RIS PACS e un sistema per la gestione della dose al paziente
trasferimenti in rete di immagini biomediche	Centinaia
Progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche	1
progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti a raggi X e acceleratori per radioterapia	Diverse verifiche, possibili progettazioni
verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X	30
valutazioni di dosimetria personale	50 persone
spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata	
mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM, ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia	9

Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente

**C.D.I.**  
**CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO S.p.A.**  
 Direttore Generale  
 Dott. Renato Carli


